



Urbroj: 01-18-61/3

Zagreb, 2019-01-23

HRVATSKO DRUŠTVO ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU I LABORATORIJSKU MEDICINU

Povjerenstvo za znanstveno-stručni
razvoj HDMBLM-a

Radna grupa za laboratorijsku
koagulaciju

Zagreb, Boškovićeva 18

PREDMET: Nacionalne preporuke za postupke uzorkovanja, pripreme i analize uzoraka te izvještavanje rezultata probirnih koagulacijskih pretraga: protrombinskog vremena, aktiviranog parcijalnog tromboplastinskog vremena, trombinskog vremena, fibrinogena i D-dimera

- stručno mišljenje, daje se

Poštovani,

uz još jednu zahvalu što ste Hrvatsku komoru medicinskih biokemičara (dalje u tekstu: Komora) uključili u pregled i mogućnost davanja stručnog mišljenja na Nacionalne preporuke za postupke uzorkovanja, pripreme i analize uzoraka te izvještavanje rezultata probirnih koagulacijskih pretraga: protrombinskog vremena, aktiviranog parcijalnog tromboplastinskog vremena, trombinskog vremena, fibrinogena i D-dimera (dalje u tekstu: Nacionalne preporuke) želimo se ispričati na kašnjenju glede dostave traženog mišljenja, ali je do toga došlo uslijed sustavnog prozivanja Komore i medicinsko-biokemijske struke povodom slučaja „Metković“, a posljedično tome i sudjelovanje u izradi Nacrta prijedloga Pravilnika o načinu obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti u liječničkim ordinacijama s predstavnicima Ministarstva zdravstva.

Vezano za Nacionalne preporuke možemo reći da je iste, u suradnji s Povjerenstvom za stručni nadzor medicinsko-biokemijskih laboratorija i unaprjeđenje kvalitete, razmotrilo Povjerenstvo za stručna pitanja Komore te je zaključilo da:

- je potrebna harmonizacija interpretativnih komentara



- je potrebna jasnija preporuka oko načina izvještavanja vrijednosti za PV i APTV te određivanja ISI vrijednosti
- su upitne mogućnosti provjere hematokrita u svakom laboratoriju, a preporučeni postupak valja pojednostavniti
- bi Nacionalne preporuke općenito trebale biti sažetije i jasnije, s jasno naznačenom i jednoznačnom preporukom na kraju svake cjeline,

pa je mišljenje Povjerenstva za stručna pitanja da Nacionalne preporuke, u ovom obliku, ne bi trebale biti obvezujuće pri stručnom nadzoru se dok se navedeni nedostaci ne riješe.

Slijedom navedenog, Izvršni odbor Komore jednoglasno je zauzeo stav da Nacionalne preporuke, u ovom obliku, ne bi trebale biti obvezujuće pri stručnom nadzoru se dok se navedeni nedostaci ne riješe.

S poštovanjem,

Predsjednica HKMB:
dr.sc. Ljiljana Mayer, spec.
med. biokemije

